
Sillón Cartago

Ficha de consulta rápida



Componentes del sillón

A	Asa de traslado	E	Ruedas Ø10 cm
B	Respaldo	F	Palanca accionamiento respaldo
C	Reposabrazos	G	Reposapiés
D	Asiento	H	Reposapiernas


Otras funciones del sillón

Reposabrazos

- Abatir: Elevar el reposabrazos y girarlo hacia atrás.
- Extender: Mover el reposabrazos hacia adelante hasta que vuelva a su posición de origen.

Ruedas y sistema de frenado


- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará.
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que quede en su posición más alta.



Regulación del reposabrazos



Freno



Movimiento libre

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad con detergente y agua tibia. No utilice una cantidad excesiva de líquido ni productos de limpieza abrasivos.

Limpieza y desinfección diaria

- Respaldo, asiento, reposapiernas, reposabrazos y asa.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Respaldo, asiento, reposapiernas, reposabrazos, asa, reposapiés, palancas de accionamiento.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Todo el sillón.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de respaldo y reposapiernas.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

nov 2025 | Cód:PCO737516_FichaRapida_Cartago_ES_2024_rev1


Funcionamiento mecánico

Regulación del respaldo

- Abatir respaldo: Desplazar la palanca situada en la parte derecha del asiento hacia atrás y presionar sobre el respaldo hasta la posición deseada.
- Elevar respaldo: desplazar de la palanca hacia atrás y dejar que este suba libremente, sin apoyarse sobre él ni realizar ninguna fuerza.

Regulación del reposapiernas


- Extender: Deslizar el reposapiés desde debajo del asiento hacia afuera hasta hacer tope, a continuación elevar el tramo piernas de la parte delantera, finalmente situar el tramo piernas a la longitud deseada.
- Recoger: Extender el reposapiés hacia afuera hasta hacer tope, después elevar su parte delantera y plegarlo. Por último, empujar el conjunto hasta recogerlo bajo el asiento.




Palanca de regulación del respaldo



Extender reposapiernas



Abatir respaldo



Elevar respaldo




Recoger reposapiernas

Accesorios


Reposapiés

Cuando la versión del sillón es con cuatro ruedas, existe la posibilidad de incorporar un reposapiés.

- Sacar y recoger bajo la zona del reposapiernas mediante deslizamiento



Reposapiés extendido



Reposapiés recogido


Accesorios

Dependiendo del usuario al que vaya destinado el sillón, paciente o acompañante, éste se puede configurar con diferentes complementos:


- Versión de paciente con traslado.
- Versión de paciente con movilidad por habitación.
- Versión acompañante.



Versión paciente con traslado



Versión paciente con movilidad en habitación



Versión acompañante

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD DISTRIBUCIÓN DE SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No sentarse sobre el respaldo para evitar falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso. Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o recogerlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
- No sentarse sobre el reposabrazos para evitar la falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso.
- Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o recogerlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
- En caso de que no se transporte el sillón o el paciente, deberá activarse el freno de todas las ruedas ya que podrían producirse daños si éste llegara a desplazarse accidentalmente.

pardo

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)