
Mesilla Nuba

Ficha de consulta rápida



Componentes del sillón

A	Varillas de retención	H	Base en U o H
B	Cajón	I	Columna atril
C	Puerta	J	Tirador tablero
D	Tablero	K	Palanca de elevación atril
E	Tirador cajón	L	Tirador accesorio
F	Tirador puerta	M	Tapa superior
G	Ruedas dobles de Ø 5 cm		

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

may 2026 | Cód: PCO703567_FichaRapida_Nuba_ES_2026


Otras funciones de la mesilla

Ruedas:


- Para su traslado, la mesilla incorpora cuatro ruedas giratorias dobles de Ø 5 cm con banda de rodadura de goma doble, con un freno individual en cada una de ellas.

Sistema de frenado:


- Activar freno: Pisar el pedal hasta su posición más baja, al activar el freno la rueda se bloqueará (1).
- Desactivar freno: Levantar con el pie el pedal hasta que éste quede en su posición más alta (2).



Ruedas con freno individual



Freno



Movimiento libre

Limpieza

Se recomienda limpiar la unidad mediante el uso de soluciones de cloro con una concentración máxima de 1000 mg/l.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente:

- Tablero, puertas, tiradores y palanca.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la mesilla.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Ruedas.
- Cajón.
- Armario.
- Guías correderas.
- Mecanismo atril.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.


Complemento atril


Subida y bajada del tablero:

- Accione la palanca de regulación de altura sujetando simultáneamente la palanca superior para liberar el mecanismo.
- Posicione el tablero a la altura deseada gracias al sistema asistido por muelle de gas.
- Suelte la palanca de regulación de altura para fijar el tablero en la posición elegida.

Colocación tablero:

- Tire del tablero hacia arriba utilizando el tirador correspondiente (1) hasta alcanzar el tope del recorrido vertical.
- Una vez que el tablero alcance la posición más alta, bájelo suavemente hasta lograr la posición horizontal (2).





La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Existen riesgos de atrapamiento o aplastamiento al descender las partes móviles. Compruebe que en su descenso no se encuentra ningún obstáculo.
- Debe comprobar que no haya materiales, partes del cuerpo del usuario u otra persona cercana, que puedan interponerse entre la tabla y los elementos fijos.